



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΙΩΑΝ. ΔΙΑΚΑΚΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 22-01-2025
Αρ πρωτ.: 756/22-1-2025

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ, ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ., εκτιμώμενου προϋπολογισμού ~ 140,00€ συμπεριλ. Φπα 24%, ως οι συννημμένες τεχνικές προδιαγραφές.**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 213 2052 513

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-1-2025 & ώρα 09:00.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

•**Το διαφανοσκόπιο να είναι led**

- Να είναι **κατάλληλο** για προβολή όλων των μεγεθών φιλμ ακτινών Χ, όπως φιλμ CT, φιλμ DR και αλλά με σκοπό την διάγνωση και ανάλυση σε νοσοκομεία και κλινικές.
- Με λάμπα LED ισχύος τουλάχιστον 35W.
- Να μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή στο γραφείο με ευκολία.
- Οι διαστάσεις οθόνης να είναι τουλάχιστον Μήκος x Πλάτος (36cm x 44cm).
- Να διαθέτει εύκολη τοποθέτηση της διαφάνειας ενώ παράλληλα τα κλιπς στερέωσης να προσφέρουν υψηλή στήριξη στην διαφάνεια ώστε να μην κινείται
- Να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο το οποίο το καθιστά ελαφρύ ,στιβαρό.