

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ΕΥΘ.ΠΑΤΡΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 15-2-2019
Αρ. Πρωτ.: 2039/19-2-2019

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί **στην προμήθεια δύο φορητών μετωπιαίων κατόπτρων τεχνολογίας LED με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου**, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Σχετ. Την υπ.αριθμ. 2038/19-2-2019 έγκριση σκοπιμότητας (ΑΔΑ:7ΜΧ469Η24-Υ51)

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500,00€ συμπεριλ.ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Τεχνικές προδιαγραφές :Ακολουθούν στο Παράρτημα

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα Χρυσικού Ελένη –τηλέφωνο επικοινωνίας (213 2052555).

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **04/03/2019 & ώρα 14:30 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Φορητά μετωπιαία κάτοπτρα τεχνολογίας LED με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
- Το κάθε κάτοπτρο θα πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο να είναι ελαφρύ κατάλληλο για εξέταση ή επέμβαση , να έχει μετασχηματιστή για φόρτιση από ρεύμα , να έχει φωτεινότητα περίπου 30.000lux και μεγάλη διάρκεια ζωής της λυχνίας LED , να διαθέτει πιστοποίηση CE καθώς και εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα προσφερόμενο είδος να είναι τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ να καλύπτει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).

Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ//1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παράγραφο. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών.

Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα SERVICE που αφορά την δυνατότητα επισκευής καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών.