

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518
 Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 25-11-2020
 Αρ. Πρωτ.: 12661/27-11-20

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, για

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΑQUET SERVO I & ΜΑQUET SERVO U, ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΕΟΓΝΑ ΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (37⁰C) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ > 33MG/LH₂O)ΣΕ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ, Η 34⁰C ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ >10MG/LH₂O ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΜΑΣΚΑ Η ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ.
3. ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΕ ΜΑΣΚΑ ΑΣΘΕΝΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΣΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ.
4. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ.
5. Η ΡΟΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
6. ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ
7. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ Η ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ.
8. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ).
9. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (ΜΥΤΕ) (ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ.
10. ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.
11. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ISO 9001 & ISO 13485.
12. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ Η ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΝUΑL

13. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ.

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ κα ΠΕΤΡΙΔΟΥ τηλ. 213 2052 333

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1^{ος} όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.

μέχρι την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-12-2020** και **μέχρι τις 14:00**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 07-12-2020 και ΏΡΑ ~09:00

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ