

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ΑΝΝΑ ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 18/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 5548/20-05-2022

ΑΔΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για

Οξύμετρα δακτύλου, Φορητά οξύμετρα με δυνατότητα χρήσης αισθητήρων , τροχήλατα πιεσόμετρα –οξύμετρα και τροχήλατα νοσηλείας ανοξείδωτα ως κάτωθι:

- **Οξύμετρα δακτύλου επαναφορτιζόμενα:** Δώδεκα (12) τεμάχια
- **Φορητά οξύμετρα με δυνατότητα χρήσης διαφορετικών αισθητήρων** (με παιδικό αισθητήρα, νεογνικό, για οξύμετρο, αισθητήρας παιδιατρικός – ενηλίκων) : Τέσσερα (4) τεμάχια
- **Τροχήλατα πιεσόμετρα-Οξύμετρα με όλα τα μεγέθη περιχειρίδων :** (περιχειρίδα βρεφική, παιδική, ενηλίκων, αισθητήρας οξυμετρίας παιδιατρικός, αισθητήρας οξυμετρίας ενηλίκων) Οχτώ (8) τεμάχια
- **Τροχήλατα νοσηλείας ανοξείδωτα:** Οχτώ (8) τεμάχια
- **Τροχήλατα αλλαγής τραυμάτων:** Οχτώ (8) τεμάχια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ – ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. Να διαθέτει υψηλής φωτεινότητας, έγχρωμη οθόνη TFT τουλάχιστον 3,5 ιντσών.
2. Στην οθόνη να εμφανίζει ψηφιακές μετρήσεις της πίεσης (συστολική, διαστολική και μέση), της θεοκρασίας, της οξυμετρίας με επιπλέον απεικόνιση της κυματομορφής του κορεσμού καθώς επίσης την ώρα και την ημερομηνία, ένδειξη κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
3. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50 Hz.
4. Να έχει κατανάλωση χαμηλής ενέργειας και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υψηλής ενέργειας.
5. Να μετρά τον καρδιακό ρυθμό από 40-240 bpm.
6. Να διαθέτει γρήγορη και ακριβή μέτρηση της πίεσης.
7. Να διαθέτει παραμέτρους μέτρησης πίεσης: συστολική, μέση, διαστολική.

8. Να διαθέτει χρήση προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας, ακριβής, μέτρηση SPO₂ σε κατάσταση χαμηλής αιμάτωσης τεχνολογίας Nellcor.
9. Να είναι κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
10. Να διαθέτει αποθήκευση ιστορικού έως και 200 μετρήσεις.
11. Να έχει ρυθμιζόμενα ηχητικά και οπτικά alarm.
12. Να διαθέτει υψηλή ακρίβεια μετρήσεις θερμοκρασίας.
12. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 250 gr.
14. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
15. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας διαθέτοντας προσωπικό (καθώς και τυχόν αναλώσιμο υλικό απαραίτητο για την εκπαίδευση), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Σκελετός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304

Φέρει 2 ανοξείδωτες πρεσσαριστές επιφάνειες (ράφια), οι οποίες φέρουν περιμετρικό προστατευτικό γείσο

Φέρει 2 προσθαφαιρούμενα, ανοξείδωτα μικρά συρτάρια κάτω από την επιφάνεια εργασίας

Φέρει 2 χειρολαβές ωθήσεως

Φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 φέρουν φρένο

Φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων

Διαστάσεις: 70x50x85 cm (Μ-Π-Υ)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Το τροχήλατο να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό (σώμα, επιφάνεια εργασίας, χειρολαβή) οπωσδήποτε ενιαίο, χωρίς αποσπώμενα τμήματα (κολλημένα ή βιδωμένα) για την αποφυγή αρμών και συσσώρευσης μικροβίων.
2. Να είναι εξολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να έχει στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.

3. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ωθήσεως και στις γωνίες της βάσης του προσκρουστήρα για την εξομάλυνση των κραδασμών.
4. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 70x40 cm περίπου και να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο. Να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος.
5. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό πέντε (5) συρταριών εκ των οποίων τα τρία (3) με ύψος μετώπης 100 mm τουλάχιστον, να διαθέτουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα, ρυθμιζόμενα σετ διαχωριστικών, και τα αλλά δυο (2) μεγαλύτερα με ύψος μετώπης 150 mm τουλάχιστον.
6. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες. Να διαθέτουν κλείδωμα
7. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με:
 - Κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 15 λίτρα περίπου, με εργονομικό άνοιγμα, χωρίς να απαιτείτε χρήση των χεριών για λόγους υγιεινής (να αναφερθεί ο τρόπος)
 - Περιστρεφόμενη βάση για απινιδωτή / μόνιτορ με ιμάντες συγκράτησης
 - Βάση στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων κατάλληλη για όλους τους τύπους δοχείων, τετράγωνα ή στρογγυλά.
 - Μία (1) ανακλινόμενη πλαϊνή θήκη
 - Στατώ ορών
 - Ράφι αντλίας αναρρόφησης
 - Θέση φιάλης οξυγόνου
 - Θήκη καθετήρων
 - Πλάκα καρδιακών μαλάξεων
8. Στη βάση του να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm περίπου εκ των οποίων οι δύο με φρένο και τουλάχιστον ο ένας αντιστατικός.
9. Διαστάσεις σώματος τροχήλατου (συμπ/νων τροχών, χειρολαβών και προσκρουστήρων) σε cm : 100x60x100 (ΜxΒxΥ) με μέγιστη απόκλιση $\pm 10\%$.
10. Να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής χρώματος στις μετώπες των συρταριών για τον διαχωρισμό του υγειονομικού υλικού και στο σώμα του τροχήλατου ώστε να αποτελεί ομοιογενές σύνολο με τους χώρους του νοσοκομείου.
11. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

12. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data, manual κλπ.
13. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. *(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)*
14. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. Το προσφερόμενο είδος να φέρει CE. *(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)*

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Τιμή	Παρατηρητήριο
1	ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ								
2	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ-ΟΞΥΜΕΤΡΑ								
3	ΦΟΡΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ								
4	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ								
5	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ								

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα Καλλιόπη Γεωργιάδου τηλέφωνο: 213 2052365

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 την παρακάτω ημερομηνία και ώρα:
έως Παρασκευή 27-05-2022 & ώρα 14:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ