

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 , 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 12-02-2019
Αρ. Πρωτ: 683

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ:

- Ρολά από χαρτί και διαφανές πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων.
- 1. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική.
- 2. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό
- 3. Να είναι κατάλληλο για κλίβανο πλάσματος
- 4. Η ένωση των δυο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλληση, πλάτους τουλάχιστον 10 χιλιοστών
- 5. Η κόλλα θερμοσυγκόλλησης να είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στην υγρασία, μέγιστης αντοχής ώστε να μην ανοίγει στην πίεση του βάρους των εργαλείων
- 6. Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικρο-οργανισμών και της σκόνης.
- 7. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια, ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα.
- 8. Να είναι εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση, να είναι ευκρινείς και ευδιάκριτη.
- 9. Κατά την διαδικασία του ανοίγματος δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο, αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά, χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι), ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.
- 10. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης.
- 11. Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους.
- 12. Να διατίθεται στις διαστάσεις
 - α) 75mm x 70 m, τεμάχια 10,
 - β) 150mm x 70 m, τεμάχια 15
 - γ) 250mm x 70 m, τεμάχια 5
 - ε) 100x70, τεμάχια 15
 - στ) 200x70, τεμάχια 10
 - ζ) 300x70, τεμάχια 5
- 13. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ σε έντυπη μορφή (ΦΩΤ/ΦΙΕΣ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡ/ΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ τηλ. 213 2052 522

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

./.

-2-

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών & μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 19-02-2019** και μέχρι τις **11:00**.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ