

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ.ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 31-10-2018  
Αρ.Πρωτ: 11670

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF, ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ.**

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, επί ποινή αποκλεισμού**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο σιλικοναρισμένο *PVC* υψηλής ποιότητας, ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα.
2. Να έχει λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.
3. Να είναι μέτρια σκληρός για να μην κάμπτεται για εύκολη διασωλήνωση απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού και θα αξιολογηθεί από το δείγμα που θα κατατεθεί.
4. Να είναι θερμοευαίσθητος για να προσαρμόζεται στο απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.
5. Να φέρει ειδική σήμανση βάθους διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας.
6. Να φέρει αντίσταση στο τσάκισμα ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόφραξης του σωλήνα.
7. Να φέρει ατραυματικό *Murphy eye* ο σχεδιασμός του οποίου να διευκολύνει τον αμφίπλευρο αερισμό και την αναπνευστική δίοδο.
8. Να φέρει συνδετικό 15 mm (ISO 5356-1), συμβατό με τα κυκλώματα αναισθησίας.
9. Να είναι ατραυματικός.
10. Να είναι αποστειρωμένος μιας χρήσης.
11. Να είναι διαβαθμισμένος.
12. Να είναι ακτινοσκοπικός *blue line* χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή στο σημείο *Murphy-eye*.

13. Να είναι *LATEX FREE*.

14. Να ενδείκνυται για μικρή/ μεγάλη παραμονή σε οδοντιατρικές επεμβάσεις σε μεγάλη παραμονή του χειρουργείου και σε ΜΕΘ.

15. Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη από 3.0 έως 8.0 (ανά 0,5).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κα ΒΡΕΤΤΟΥ 213 2052 540**

**ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.**

**Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.**

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.  
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

***Οι προσφορές θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ιπποκράτους 8 η Πεντέλη***

***τκ 15236, μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-11-2018 και ώρα 14:00,***

**οι οποίες θα λαμβάνουν υποχρεωτικά αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**