

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
 Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
 e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 09.01.2025  
 Αρ. Πρωτ: 318/13-01-2025

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

**ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 90 ΤΕΜΑΧΙΑ**

**ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΘ, ΤΗΛ 2132052333,433**  
**Η αξιολόγηση θα γίνει από τη ΜΕΘ**  
**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/01/2025 & ώρα 14:30 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Το επίθεμα να είναι από πολυουρεθάνη με ειδική οπή για τραχειοστομία, διάσταση 9x9cm περίπου.**

**Το επίθεμα τετραπλής δράσης για την τραχειοστομία θα πρέπει:**

- i. Να ενυδατώνει την περιοχή**
- ii. Να καθαρίζει**
- iii. Να περιέχει απαραίτητα γλυκερίνη για την καλύτερη ενυδάτωση και την μείωση της δυσσομίας**
- iv. Να μην αφήνει υπολείμματα**
- v. Να απορροφά το βάρος του σε εξίδρωμα περίπου 10 φορές, έτσι ώστε να μειώνεται ο χρόνος των αλλαγών**
- vi. Να είναι εύκαμπτο και άνετο προς τους ασθενείς**
- vii. Να προφυλάσσει την γύρω περιοχή**
- viii. Να είναι εμποτισμένο με βακτηριοστατικά συστατικά έτσι ώστε να δημιουργεί φράγμα στις επιμολύνσεις.**