

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ΑΝΝΑ ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 18/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 5549/20-05-2022

ΑΔΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για

Αεροστρώματα και τρόλεϊ ασθενών ως κάτωθι:

Ποσότητα προς προμήθεια:

Αεροστρώματα ασθενών: Δύο (2) τεμάχια
Τρόλεϊ ασθενών: Έξι (6) τεμάχια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1.Το σύστημα να αποτελείται από το αερόστρωμα και από την αντλία αέρος.
- 2.Το αερόστρωμα να είναι κατάλληλο για πρόληψη καθώς και για τη θεραπεία κατακλίσεων.
- 3.Το αερόστρωμα να είναι κατάλληλο για ασθενείς βάρους μέχρι και 150 κιλά.
- 4.Το αερόστρωμα να είναι κατασκευασμένο από Πολυουρεθάνη (PU), ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και μακροχρόνια χρήση του.
- 5.Το αερόστρωμα να διαθέτει ύψος όχι μεγαλύτερο από 14 εκατοστά ώστε να δύναται να τοποθετηθεί ως επίστρωμα πάνω από το ήδη υπάρχων Νοσοκομειακό στρώμα.
- 6.Το αερόστρώμα να έχει λειτουργική επιφάνεια περίπου 2,00 μέτρα X 90 εκατοστά ώστε να δύναται να τοποθετηθεί στις Ηλεκτρικές Κλίνες της Μ.Ε.Θ.
- 7.Να μπορεί να ακολουθήσει όλες τις νοσοκομειακές θέσεις των κλινών εντατικής.
- 8.Να διαθέτει στο κάτω τμήμα του, ιμάντες πρόσδεσης και στερέωσης για την σταθεροποίηση του επί του Νοσοκομειακού στρώματος.
- 9.Στην βάση του το αερόστρωμα να διαθέτει σύστημα αερισμού για την καλύτερη διαχείριση της υγρασίας και της θερμότητας στο αερόστρωμα.
- 10.Να αποτελείται από κυψελίδες με δυνατότητα μεμονωμένης αντικατάστασης τους σε περίπτωση διάτρησης μίας εξ αυτών, ώστε να μην είναι αναγκαία η πλήρης αντικατάστασή τους (απαραίτητο).

11.Οι κυψελίδες στο τμήμα της κεφαλής να είναι απαραίτητως σταθερές χωρίς να εκτελούν καμία κίνηση κατά τη θεραπεία για την ασφάλεια των διασωληνομένων ασθενών

12.Το αερόστρωμα να διαθέτει τους εξής 2 τρόπους λειτουργίας προς επιλογή από τον χρήστη:

a.Εναλλασσόμενης λειτουργίας

b.Λειτουργίας συνεχούς χαμηλής πίεσης (Στατική)

13.Ο κύκλος θεραπείας κατά την εναλλασσόμενη λειτουργία να είναι σταθερός και όχι μεγαλύτερος από 10 λεπτά έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής αιμάτωση των ιστών προστατεύοντας τον ασθενή από τις κατακλίσεις.

14.Η αντλία απαραίτητως να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

a.Επιλογή ρύθμισης της πίεσης και από το χρήστη για μεγαλύτερη άνεση και ανακούφιση

b.Λειτουργία η οποία με το πάτημα ενός κομβίου να επιτυγχάνεται μέγιστη πληρότητα σε όλες τις κυψελίδες, για τη διευκόλυνση εργασιών καθαρισμού ή μεταφοράς του ασθενή. Για την ασφάλεια του ασθενή, να απενεργοποιείται αυτόματα και να επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία του μετά το πέρας 30 λεπτών περίπου.

c.Ο μεταφοράς του ασθενούς για τουλάχιστον 4 ώρες.

15.Το αερόστρωμα να διαθέτει σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του αέρα για χρήση σε κατάσταση Κάρδιο-Αναπνευστικής Αναζωογόνησης (CPR). Η απελευθέρωση του αέρα να είναι γίνεται άμεσα.

16.Το αερόστρωμα να φέρει κάλυμμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, αδιάβροχο, διαπνεόμενο, βραδύκαυστο, το οποίο να φέρει ειδική μόνιμη επικάλυψη με αντιμικροβιακή δράση. Το κάλυμμα να αποσπάται πλήρως για τον καθαρισμό και την απολύμανση του.

17.Η αντλία αέρος να είναι μικρού μεγέθους και να διαθέτει άγκιστρα ώστε να μπορεί να κρεμαστεί από τη μετώπη της κλίνης ή να τοποθετηθεί δίπλα στο κρεβάτι.

18.Η αντλία αέρα να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για καταστάσεις χαμηλής πίεσης και για έλλειψη τροφοδοσίας.

19.Η αντλία να διαθέτει κομβίον σίγασης των συναγερμών.

20.Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των καλωδίων καθ' όλο το μήκος του αεροστρώματος.

Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΛΕΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘ

Να είναι εξοπλισμένο με 4 συρτάρια, 2 καλάθια αχρήστων, 4 αντιστατικές ρόδες, συρμάτινο καλάθι αποθήκευσης υλικών

Αριθμός συρταριών: 4

Διαστάσεις συρταριών: 60 x 48 x 11 cm, 60 x 48 x 140 cm

Ρόδες 125 mm

Κάδοι απορριμμάτων

Διαχωριστικό ABS στα συρτάρια

Κεντρικό κλείδωμα

Αντιολισθητική επιφάνεια

Πολυτελής λαβή ώθησης

Μαλακό σύστημα συρτάρια κλεισίματος

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1	ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ								
2	ΤΡΟΛΕΙ								

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα Σιούτη Ελευθερία τηλέφωνο: 213 2052333

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: **Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236** την παρακάτω ημερομηνία και ώρα:

έως Παρασκευή 27-05-2022 & ώρα 14:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

