

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 12-01-2024
Αρ πρωτ.: 2100/20-02-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ, για ασθενή πασχοντα από συγγενή διαφραγματοκήλη Morgagni με ιστορικό υποτροπιάζουσών λοιμώξεων αναπνευστικού σε έδαφος σ. Down.

- 1) **ΈΝΑ (1) ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΠΟ 100% E-PTFE** με αντιμικροβιακή προστασία ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λοίμωξης, διπλής όψεως για την αποφυγή μετεγχειρητικών συμφύσεων με τα σπλάγχνα, κατάλληλο για ανοιχτή ή λαπαροσκοπική ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, σε **διαστάσεις 15X15 cm ή 15X20 cm.**
- 2) **ΈΝΑ (1) ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,** μη απορροφήσιμα για ανοιχτή ή λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών **διαστάσεων 10X15 ή 15X15 cm.**

Τα χειρουργικά πλέγματα πρέπει:

1. Να αποτελούνται από ανενεργό υλικό.
2. Να αποτελούνται από υλικό εύχρηστο και μαλακό, να προσαρμόζονται εύκολα και να παίρνουν το επιθυμητό σχήμα.
3. Να μη προκαλούν αλλεργία, υπερευαισθησία, καρκινογένεση.
4. Να είναι ανθεκτικά στην μηχανική τάση παρέχοντας ελαστικότητα προς όλες τις διευθύνσεις.
5. Να διατίθενται αποστειρωμένα σε ατομική διπλή συσκευασία μιας χρήσεως ενός τεμαχίου ανά κουτί, όπου να αναγράφεται ο κωδικός του οίκου, το μέγεθος του πλέγματος, ο αριθμός παραγωγής, η ημερομηνία έναρξης-λήξης της αποστείρωσης, καθώς και η μέθοδος αποστείρωσης.
6. Τα διπλής όψης ενδοπεριτοναϊκά πλέγματα θα πρέπει να έχουν την μια πλευρά λεία και επιστρωμένη με ειδικό υλικό για την αποφυγή δημιουργίας συμφύσεων με τα ζωτικά όργανα, η δε άλλη πλευρά να επιτρέπει την ανάπτυξη ιστού μεταξύ μοσχεύματος και κοιλιακού τοιχώματος.
7. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ανάλογα με την ένδειξη και την κατασκευή τους.
8. Να διαθέτουν ενδείξεις και πιστοποιητικά CE και ISO.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΔΕΙΓΜΑ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ τηλ. 213 2052 522,
ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ τηλ. 213 2052 5221

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
-----	-------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----	-------------	------------------------	---------------------	--

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 26-02-2024 & ώρα 09:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ