



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ ΑΣΦ/ΩΝ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφο.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508,518  
E-mail: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

**Πεντέλη, 13-05-2024**  
Αρ. πρωτ.

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) , ως εξής:**

- 1)** Σύστημα ειδικής βίδας καθήλωσης ιστών, κατασκευασμένη από μείγμα τύπου micro TCP και 96L/4D PLA ή ισοδύναμου, που να ευνοεί την αναδόμηση του οστού. Να διαθέτει ατραυματικό σπείραμα για αποφυγή καταπόνησης του μοσχεύματος και να διατίθεται σε διαμέτρους από 5 έως 11 mm και μήκη από 15 έως 35 mm.
- 2)** Άγκυρες συγκράτησης μαλακών μορίων κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από ράμμα πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους και διαμέτρου 1.8 mm.
  - Να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνονται σε σφαίρα 360 μοιρών προσφέροντας καλύτερη συγκράτηση εντός του οστού .
  - Η φρέζα να είναι προφορτωμένη στον εισαγωγέα και να εισχωρεί μόλις 10 mm στο οστόν καθιστώντας την ιδανική για μικρές αρθρώσεις.
  - Να προσφέρουν επίσης μεγαλύτερη επιφάνεια συγκόλλησης του ιστού στο οστόν λόγω της μικρής διαμέτρου οπής που χρειάζονται για να εισχωρήσουν.
  - Να παρέχονται με 1 προφορτωμένο ράμμα πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους #0 και #2-0.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ/ντρια Ορθοπ/κου Τμ. (Ιατρός κα Πασπάτη) τηλ. 213 2052 585, 522**

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**

| Α | ΕΙΔΟΣ | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τελική Τιμή | Κωδικός Παρατηρητηρίου | Τιμή Παρατηρητηρίου |
|---|-------|----------|------------------------|-----|-------------|------------------------|---------------------|
| 1 |       |          |                        |     |             |                        |                     |

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

**Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.**

**(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)**

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών & μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 22-05-2024 & ώρα 09:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**