



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 29-05-2025

Αρ. Πρωτ.: 6971

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ, ποσότητα προς προμήθεια εκατό (100) τμχ.,**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.400,00€ , ως εξής:

Αποστειρωμένο, μιας χρήσης κύκλωμα παιδιατρικό από PVC με διάμετρο 15mm, 10mm (νεογνικά) λείας εσωτερικής επιφάνειας και κρικοειδείς εξωτερικά για να επιτυγχάνεται κατάλληλη ευκαμψία και ελαστικότητα για τις συνδέσεις του. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ελαστικά και μαλακά διαμέτρου 22mm ειδικά ενισχυμένα ώστε να διασφαλίζεται σταθερή και ασφαλής σύνδεση με το μηχανήμα αναισθησίας και με δυνατότητα αποσύνδεσης από τα συνδετικά τους.

Το παιδιατρικό κύκλωμα να αποτελείται από δύο σωλήνες μήκους 2x150cm συνδεδεμένους με αποσπώμενο συνδετικό "Υ" παράλληλου σχήματος , διαφανές ,αποσπώμενο γωνιακό διαφανές συνδετικό «Γ» με υποδοχή "luer-lock" καπνογράφο και πώμα με θηλιά συγκράτησης και προστατευτική τάπα.

Το συνδετικό να δύναται να αποσυνδεθεί από τους σωλήνες για προσαρμογή T-piece nebulizer. Το κύκλωμα να διαθέτει έναν πρόσθετο αποστειρωμένο σωλήνα ιδίων χαρακτηριστικών μήκους 120cm συνδεδεμένο με ασκό αναισθησίας latex free χωρητικότητας 1L.

Στο στόμιο του ασκού να αναγράφεται η ένδειξη latex-free και η χωρητικότητα του.

Να είναι χαμηλής compliance (0.66ml/m/cmH20) και χαμηλής αντίστασης στη ροή 0.2kPa(2cmH20) σε ροή 40L/min. Breathing circuits for manual and mechanical ventilation (by Alex Yartsev updated 5-01/2021)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΠΛΗΡΟΦ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘ. κα ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ τηλ. 213 2052 540, 522

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών & μέσω **e-mail**, [**promitheion@paidon-pentelis.gr**](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 04-06-2025 & ώρα 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ