

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: Ε.ΠΑΤΡΑ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 04/01/2018  
Αρ. Πρωτ: 54

ΘΕΜΑ: Δελτίο Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του είδους «**ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ**» με τις κάτωθι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς. Η τιμή δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

#### **ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- 1. Ακριβής μέτρηση επιπέδων κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO2) με εύρος μέτρησης 60-100% και +/-2digits.**
- 2. Ακριβής μέτρηση καρδιακών παλμών με εύρος μέτρησης 30-300/λεπτό και +/-2digits.**
- 3. Οθόνη LED φωτιζόμενη**
- 4. Εύκολη χρήση**
- 5. Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες**
- 6. Πιστοποίηση CE**
- 7. Εγγύηση**
- 8. Μεγάλη αυτονομία χρήσης**

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών,  
μέσω φαξ: **213 2052 441** ή μέσω email: **promitheion@paidon-pentelis.gr**  
**έως ΤΕΤΑΡΤΗ 10-01-2017 και ώρα 11:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**

