



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 12-11-2024
Αρ. Πρωτ:13504/14-11-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

1. **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 6 , ποσότητα προς προμήθεια 20 τμχ.**
2. **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 8 , ποσότητα προς προμήθεια 20 τμχ.**
3. **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 10 , ποσότητα προς προμήθεια 20 τμχ.**
4. **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 12 , ποσότητα προς προμήθεια 20 τμχ.**
5. **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 14 , ποσότητα προς προμήθεια 20 τμχ.**

ΩΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕΘ, ΤΗΛ 213 2052 333

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 19/11/2024 & ώρα 09:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Κλειστό σύστημα προστατευόμενης βρογχοαναρρόφησης για ενδοτραχειακούς με βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης, στη μεριά του ασθενούς, η οποία να απομονώνει πλήρως τον καθετήρα αναρρόφησης από τον μηχανικό αερισμό μετά το τέλος της αναρρόφησης. Το σύστημα αναρρόφησης κλειστού κυκλώματος να περιλαμβάνει:

- Καθετήρα αναρρόφησης διαφόρων μεγεθών που να έχει ειδικό ατραυματικό άκρο με 4 πλευρικές οπές στο άκρο.
- Να έχει συνδεδετικά προς το κύκλωμα και προς την αναρρόφηση εύκολα και ασφαλή. Τα πλαστικά του μέρη να μην περιέχουν Latex Free και να φέρει περιστρεφόμενη βαλβίδα στην πλευρά του ασθενή που απομονώνει τον καθετήρα αναρρόφησης.
- Να είναι αποστειρωμένο με διάρκεια χρήσης έως 72 ώρες.
- Ο καθετήρας να διαθέτει οπή για βρογχοσκοπήσεις