



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 30-09-2024
Αρ. Πρωτ :11536/03-10-24

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ,**
ποσότητα προς προμήθεια 4 τμχ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να διαθέτουν **ειδικές ανακλαστικές γωνιώσεις** στην επιφάνειά τους και σε μήκος **20mm** από την άκρη τους, για καθοδήγηση **μέσω υπερήχου**, αλλά και **μέσω νευροδιεγέρτη**
2. Να είναι **νέας γενιάς (hub)** με **εγγυημένη ορατότητα** στον υπέρηχο κι αυτό να αποδεικνύεται από prospectus του κατασκευαστικού οίκου
3. Να έχουν ειδική επίστρωση, εξωτερικά και εσωτερικά, για άριστη μόνωση και απρόσκοπτη ροή.
4. Με χρωματικά κωδικοποιημένα πλήμνη βελόνας για εύκολο προσδιορισμό του μεγέθους της βελόνας.
5. Να διαθέτουν ηχογενές, ευθύ οξυαιχμο άκρο, δύο γωνιών κλίσης, για καλύτερη ορατότητα του άκρου στον υπέρηχο.
6. Με επιπλέον μη αποσπώμενο αυλό για χορήγηση αναισθητικού.
7. Με αποσπώμενο καλώδιο για σύνδεση με νευροδιεγέρτη για μεγαλύτερη ευελιξία στον χρήστη.
8. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη:
22G και μήκη 50mm(6) & 80mm, (2τεμάχια)
25G 50mm, (2 τεμάχια)
9. **ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ)**
10. **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ PROSPECTUS ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ**

ΠΛΗΡ/ΙΕΣ: Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ τμ. κα ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ, τηλ. 213 2052 540
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 09-10-2024 και **μέχρι τις 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ