

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508 , 518  
Fax: 213 2052 441

**Πεντέλη, 18-06-2020**  
**Αρ. Πρωτ: 6353**

ΘΕΜΑ: **Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- 1. ΑΠΛΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ**, λείας εσωτερικής επιφάνειας από PVC οι οποίοι να έχουν εσωτερική διάμετρο 19mm και μαλακά συνδετικά 22F για σύνδεση με αναπνευστήρα – αναισθησιολογικό μηχάνημα. Να είναι αποστειρωμένοι και μήκος 180 cm. **ΤΕΜ. 10 (ΔΕΚΑ)**
- 2. ΑΠΛΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ**, λείας εσωτερικής επιφάνειας από PVC οι οποίοι να έχουν εσωτερική διάμετρο 15mm και μαλακά συνδετικά 22F για σύνδεση με αναπνευστήρα – αναισθησιολογικό μηχάνημα. Να είναι αποστειρωμένοι και μήκος 180 cm. **ΤΕΜ. 10 (ΔΕΚΑ)**

***Τα υλικά χρησιμοποιούνται για τον αναπνευστήρα L'OWENSTEIN PrismaVent40***

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ ΜΕΘ κα ΠΕΤΡΙΔΟΥ τηλ. 213 2052 333**

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.  
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών & μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), μέχρι την **ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2020 και ώρα 11:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**