

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
ΤΚ 15236
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508,518
Fax: 213 2052 441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΔΑ

Πεντέλη, 26-05-2020

Αρ. Πρωτ : 5573/01-06-2020

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για

«ΡΑΜΜΑΤΑ», ως κάτωθι:

1. ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΕΚ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, μήκους 19mm, **ποσότητα προς προμήθεια 120 τεμάχια.**
2. ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΕΚ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, μήκους 22mm, ποσότητα προς προμήθεια **72 τεμάχια.**
3. ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΕΚ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΝΗΣ Νο 8/0 ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, μήκους 8mm, **ποσότητα προς προμήθεια 12 τεμάχια.**
4. ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΕΚ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΝΗΣ Νο 4/0 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, μήκους 13mm, **ποσότητα προς προμήθεια 180 τεμάχια.**
5. ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΕΚ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ Νο 5/0 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, μήκους 8mm, **ποσότητα προς προμήθεια 12 τεμάχια.**
6. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 100% ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 5x40cm, **ποσότητα προς προμήθεια 75 τεμάχια.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ**

1. Σύμφωνα με τις δοθείσες προδιαγραφές ραμμάτων από το Υπουργείο, πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ο κωδικός παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους και να παρατίθενται στην Ελληνική γλώσσα το πάχος, το μήκος, η δομή και η τυχούσα επικάλυψη του ράμματος, η προβλεπόμενη χρήση, πιθανή περιεχόμενη χρωστική και εάν η βελόνη είναι αποσπώμενη ή όχι.
2. Να αναφέρεται η μέθοδος αποστείρωσης των ραμμάτων και η συσκευασία τους να μην επηρεάζει την στειρότητά τους.

3. Να αναφέρεται ευκρινώς στη συσκευασία το μήκος και το πάχος του ράμματος, αλλά και το είδος και το μήκος της βελόνης. Το μήκος της βελόνης μπορεί να έχει απόκλιση (+) ή (-) 3χιλ. από το ζητούμενο.
4. Τα ράμματα μπορεί να υποστούν έλεγχο σε δείγματα ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο και πριν από την τελική κατοχύρωση, με κόστος που επιβαρύνει τον προμηθευτή.
5. Το μήκος των ελευθέρων ραμμάτων (απολινώσεων) μπορεί να είναι έως 10% μικρότερο ή έως 20% μεγαλύτερο του ζητούμενου. Το επιπλέον μήκος δεν αποτελεί κριτήριο θετικότερης αξιολόγησης. Προσφορά με διαφορετικό αριθμό νημάτων ανά συσκευασία, συνεπάγεται την θεώρηση τιμής ανά τεμάχιο ράμματος.
6. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων, καθώς και τον τόπο που είναι εγκατεστημένο.
7. Πρέπει να κατατεθούν επίσης δείγματα ραμμάτων ανά κατηγορία και όλα τα πακέτα συσκευασίας να διαθέτουν φυλλάδια οδηγιών και στα ελληνικά.
8. Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από Κοινοποιημένο Οργανισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - ΦΕΚ 679/τεύχ. Β/13-9-94).
9. Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.
10. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - α) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή
 - β) Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.
 - γ) Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του νήματος.
 - δ) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.
 - ε) Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.
 - στ) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου.
 - ζ) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες).
 - η) Η επωνυμία και ο τόπος εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ειδικότερα για τα χειρουργικά ράμματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με σκοπό την εμπορία και διανομή τους στο έδαφος των κρατών μελών, στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη πρέπει να αναγράφονται επιπλέον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση είτε του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την εμπορία τους είτε του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με την περίπτωση.

11. Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ - ΦΕΚ 679/τεύχ. Β/13-9-94). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
12. Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένοι οπισθίου άκρου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδό του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
							-	

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. .

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 213 2052 522

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1^{ος} όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.

******* ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ*******

μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 – 06 - 2020 και ώρα 14:00.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ