

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518
 e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 06-06-2023
 Αρ. Πρωτ.: 6831/09.06.2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- 1) ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SMALL, ποσότητα 6 τμχ
- 2) ΚΥΚΛΩΜΑ HIGH FLOW ΓΙΑ ΜΑQUET REFRT 330, ποσότητα 5 τμχ
- 3) ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΡΑ NASAL HIGH FLOW, ποσότητα 5 τμχ
- 4) ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ NASAL HIGH FLOW , ποσότητα 4 τμχ
- 5) ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ποσότητα 7 τμχ

*Επισυνάπτονται προδιαγραφές

Πληροφορίες: ΜΕΘ, 2132052333

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΘ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**, promitheion@paidon-pentelis.gr, **μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/06/2023 & ώρα 10:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΟΡΤΙFLOW JUNIOR)
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

- Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Να είναι κλειστό σετ που περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής μονωμένου διπλού σωλήνα, έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για την μέγιστη ασφάλεια του νεογνού και μια βαλβίδα διαφυγής.
- Να είναι μιας χρήσης (τόσο το θερμαινόμενο κύκλωμα όσο και ο αυτοτροφοδοτούμενος θάλαμος νερού) με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης τις επτά (7) ημέρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ
(AIRVO2)

- Να είναι συμβατό με τη συσκευή παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλή ροή Airvo2 του οίκου Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Να είναι κλειστό σετ που περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής, για υψηλή ροή με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας χωρίς εξωτερικά καλώδια , έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για την μέγιστη ασφάλεια και υποδοχή για σύνδεση νεφελοποιητή υπερήχων.
- Να είναι μιας χρήσης με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.

ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ

ΡΙνική κάνουλα adult small για 20-40kg και μέγιστο ρυθμό ροής 50lt συμβατή με τα κυκλώματα ortiflow.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

- Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κύκλωμα οξυγονοθεραπείας, μία προέκταση 50εκ. , διαμέτρου 20mm και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ.
- Να μπορεί να υποστηρίξει θεραπεία υψηλής ροής και CPAP .

- Να είναι μιας χρήσεως (τόσο το θερμαινόμενο κύκλωμα όσο και ο αυτοτροφοδοτούμενος θάλαμος νερού) με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης (7) ημέρες ανά ασθενή.