



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 06-11-2024
Αρ. Πρωτ : 13124/07-11-24

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 40τμχ. ΠΑΙΔ/ΚΑ, 10τμχ. ΝΕΟΓΝΙΚΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές:**

1. Αποστειρωμένο, μιας χρήσης κύκλωμα παιδιατρικό από PVC με διάμετρο 15mm, 10mm (νεογνικά) λείας εσωτερικής επιφάνειας και κρικοειδείς εξωτερικά για να επιτυγχάνεται κατάλληλη ευκαμψία και ελαστικότητα για τις συνδέσεις του.
2. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ελαστικά και μαλακά διαμέτρου 22mm ειδικά ενισχυμένα ώστε να διασφαλίζεται σταθερή και ασφαλής σύνδεση με το μηχάνημα αναισθησίας και με δυνατότητα αποσύνδεσης από τα συνδετικά τους.
3. Το παιδιατρικό κύκλωμα να αποτελείται από δύο σωλήνες μήκους 2x150cm συνδεδεμένους με αποσπώμενο συνδετικό "Υ" παράλληλου σχήματος, διαφανές, αποσπώμενο γωνιακό διαφανές συνδετικό «Γ» με υποδοχή "luer-lock" καπνογράφο και πώμα με θηλιά συγκράτησης και προστατευτική τάπα.
4. Το συνδετικό να δύναται να αποσυνδεθεί από τους σωλήνες για προσαρμογή T-piece nebulizer.
5. Το κύκλωμα να διαθέτει έναν πρόσθετο αποστειρωμένο σωλήνα ιδίων χαρακτηριστικών μήκους 120cm συνδεδεμένο με ασκό αναισθησίας latex free χωρητικότητας 1L.
6. Στο στόμιο του ασκού να αναγράφεται η ένδειξη latex-free και η χωρητικότητα του.
7. Να είναι χαμηλής compliance (0.66ml/m/cmH20) και χαμηλής αντίστασης στη ροή 0.2kPa(2cmH20) σε ροή 40L/min.
8. Breathing circuits for manual and mechanical ventilation (by Alex Yartsev updated 5-01/2021)

Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και για ταυτοποίηση των ανωτέρω

**ΠΛΗΡ/ΙΕΣ: ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ , τηλ. 213 2052 540
Η ΛΕΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. .

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 12-11-2024 και μέχρι τις 14:30

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ