



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 20525 08 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 23-01-2025  
Αρ. Πρωτ : 1160/30-01-2025

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, **για**

• **ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΕΣ, ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 50 τμχ., ως οι τεχνικές προδιαγραφές:**

1. Να είναι διπλές. Με αγώγιμη περιοχή 90cm<sup>2</sup>
2. Αυτοκόλλητες με ασφαλή συγκόλληση στο δέρμα του ασθενούς.
3. Η άκρη να έχει στρογγυλό τελείωμα ώστε να διασκορπίζει το ρεύμα πιο αποτελεσματικά, διατηρώντας την επαφή μεταξύ του ασθενούς και της πλάκας πιο δροσερή.
4. Να φέρει μαλακό υδροζελέ φιλικό προς το δέρμα των βρεφών.
5. Να διαθέτουν ενδείξεις και πιστοποιητικά CE.

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

**ΠΛΗΡ/ΙΕΣ: δ/ντης ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝ. κος ΒΕΛΑΩΡΑΣ τηλ. 213 2052 221,522  
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail  
[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΡΙΤΗ 04-02-2025 & ώρα 14:30**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

