

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 05-09-2019
Αρ. Πρωτ.: 8866

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών,

* **ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ LMA SUPREME, ως κάτωθι:**

- 1) Λαρυγγική μάσκα LMA SUPREME, μιας χρήσης, από PVC, αποστειρωμένη.
- 2) Σχεδιασμένη με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90 μοίρες, για ευκολότερη τοποθέτηση από ουδέτερη θέση χωρίς να απαιτείται υπερέκταση του κεφαλιού του ασθενούς.
- 3) Σχεδιασμένη με cuff διπλής φραγής που
 - α) επιτρέπει τον αερισμό θετικής πίεσης έως 37 cmH₂O (κατά 15 cm περίπου παραπάνω συγκριτικά με τους υπόλοιπους τύπους λαρυγγικών μασκών) επιτρέποντας μεγαλύτερες περιόδους αερισμού (έως 4 ώρες περίπου, συγκριτικά με τους άλλους τύπους λαρυγγικών μασκών).
 - β) φέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκκένωσης του στομάχου διαμέσου ενός αυλού ο οποίος βοηθά στην εκτόνωση των γαστρικών περιεχομένων, μειώνοντας τον κίνδυνο εισρόφησης από αναγωγή, παρέχοντας την δυνατότητα για την τοποθέτηση LEVIN. Αυτός ο αυλός επιτρέπει την παρακολούθηση της σωστής τοποθέτησης της λαρυγγικής μάσκας μετά την εισαγωγή.
- 4) Το ενσωματωμένο bitebock αποτρέπει τη διακοπή αερισμού του ασθενούς ακόμη και αν ο ασθενής δαγκώσει τη λαρυγγική μάσκα, ενώ το σύστημα σταθεροποίησης επιτρέπει τη μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά στη θέση της λαρυγγικής μάσκας στη διάρκεια της επέμβασης, ακόμα και αν αλλάζει η θέση του ασθενούς.

5) ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

6) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

7. Ποσότητα προς προμήθεια,

No 1	τεμάχια	10,	No 1,5	τεμάχια	10
No 2	<<	20,	No 2,5	<<	20
No 3	<<	10,	No 4	<<	10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. κα ΒΡΕΤΤΟΥ τηλ. 213 2052 540, 522

ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών, μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr,

μέχρι την **ΔΕΥΤΕΡΑ 16-09-2019 & ώρα 10:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ