

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
 Πληροφ.: ANNA ΡΙΣΤΑ  
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
 e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 14.12.2021  
 Αρ. Πρωτ: 13171/17.12.2021

#### Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

**ΒΕΛΟΝΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ  
 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 11 mm.**

**Να είναι ανθεκτικό το υλικό της για αποστείρωση στους 134 βαθμούς Κελσίου σε υγρό κλίβανο. Να έχει νόμμερο 23 g με στρογγυλεμένη κορυφή και η ροή να γίνεται από το πλάι.**

**ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 2 (δύο)**

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ Τον Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ  
 (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τηλ 2132052591

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΒΕΛΟΝΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που

είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), **έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-12-2021 & ώρα 10:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**