

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 17/08/2022
Αρ πρωτ. 8986/25-08-2022

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MASSIMO, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΝΕΟΝΑΤΑΛ/ADULT (από 3kg έως40kg) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΑ MONITORS PHILIPS INTELLIVUE MX800.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 40ΤΜΧ

Προδιαγραφές:

1. Να είναι κατάλληλος για παιδιά.
2. Ο αισθητήρας να εφαρμόζεται με σταθερό τρόπο και να μετρά ταυτόχρονα τις παρακάτω παραμέτρους:
 - i. Κορεσμό αιμοσφαιρίνης (SpO2)
 - ii. Καρδιακό παλμό (PR)
 - iii. Δείκτη αιμάτωσης (PI)
3. Να είναι ο γνήσιος αισθητήρας και πιστοποιημένος της κατασκευάστριας εταιρείας των οξυμέτρων, Masimo, με ενδιάμεσο καλώδιο τύπου RD. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση συμβατότητας των αισθητήρων από τον κατασκευαστή του οξυμέτρου, η οποία να αναφέρει ότι το προσφερόμενο είδος είναι συμβατό και κατάλληλο για χρήση για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που αναφέρεται στην αίτηση προμήθειας.
4. Να διαθέτει ειδική πιστοποιημένη τεχνολογία Masimo SET® για μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή υπάρχει χαμηλή αιμάτωση. Η ακρίβεια μέτρησης στις ανωτέρω συνθήκες για τα νεογνά να είναι $\leq 3\%$.
5. Να υπάρχει δυνατότητα δειγματισμού του προσφερόμενου είδους.

6. Να είναι μίας χρήσεως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΜΗΜΑ ΜΕΘ 2132052333

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΘ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 31-08-2022 & ώρα 10:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ**