

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 25-01-2021
Αρ. Πρωτ.: 636

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, **για**

• **ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συσσκευές εντερικής σίτισης), ως οι τεχνικές προδιαγραφές:**

1. Η συσκευή να φέρει ειδικό πώμα που βιδώνει (στο μπιμπερό).
2. Να φέρει ειδικό αντάπτωρα προσαρμογής σε φιάλη άλλου τύπου.
3. Να εφαρμόζει και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις φιάλες 500ml & 1L εντερικής διατροφής που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά
4. Να είναι αποστειρωμένο και σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης.
5. Να φέρει ειδικό ρύγχος σύνδεσης της συσκευής με το γαστρικό καθετήρα (Levin) καθώς και ξεχωριστά συνδετικά για καθετήρες σίτισης.
6. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
7. Να φέρει οδηγίες στα ελληνικά.
8. Το υλικό του σωλήνα εντερικής σίτισης να είναι από DEHP FREE για την αποφυγή κινδύνων (τερατογέννεση –καρκινογέννεση)
9. Να φέρουν το σήμα CE MARK.
10. Να υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες αντλίες τμχ.6
11. Ποσότητα 2000τμχ

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

(ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ ΜΕΘ κα ΠΕΤΡΙΔΟΥ τηλ. 213 2052 333)

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι

ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 02-02-2021 & ώρα 11:00**.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ