



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ANNA ΡΙΣΤΑ
ΤΗΛ.: 213-2052518
ΦΑΞ : 213-2052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Ημερ/νία	7/4/2020
Αρ. Πρωτ.	3775/8-4-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ VIVID S6 S.N. 7391VS6 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE , ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (CPV 50421000-2) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.650,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις υπ' αριθμ. 3478/30-3-2020 τεχνικές προδιαγραφές .

Ανακοινώνει την 1^η διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών , σχετικά με τη συντήρηση του υπερήχου **VIVID S6 S.N. 7391VS6 του Οίκου GE HEALTHCARE** , του Καρδιολογικού τμήματος, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) .

2. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr .

3. Το νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της υπηρεσίας.

4. Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα διενεργηθεί διαγωνιστική διαδικασία.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE HEALTHCARE

1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του παρακάτω αναφερόμενου εξοπλισμού, κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης .

Ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003, και ISO 14001:2004. Επίσης, να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 ΦΕΚ (Β' 32/16.1.2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και την ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ. 130648/30.8.2009 περί συμμορφώσεως με την Εθνική Νομοθεσία με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας 93/42/EC για Ιατρικές Συσκευές. Να κατατεθούν να αντίστοιχα πιστοποιητικά..

ΥΠΕΡΗΧΟΣ VIVID S6 με SERIAL NUMBER 7391VS6 (Καρδιολογικό Τμήμα)

ο οποίος συνοδεύεται από τρεις ηχοβόλες κεφαλές διαφόρων τύπων και έναν εκτυπωτή.

- Ηχοβολος κεφαλή 4C RS
- Ηχοβολος κεφαλή 4S- RS
- Ηχοβολος κεφαλή 6S- RS
- Εκτυπωτής ασπρόμαυρος SONY UP-D897

2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο-εξουσιοδοτημένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος.

Οι συμμετέχοντες στη συντήρηση θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για την συντήρηση ιδίων μηχανημάτων κατά την τελευταία πενταετία (να προσκομισθούν).

Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθούν τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου καθώς και τα ισχύοντα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.

3. Οι εργασίες συντήρησης του παραπάνω μηχανήματος περιλαμβάνουν :

α) Η σύμβαση περιλαμβάνει τη λειτουργική συντήρηση του υπερήχου συμπεριλαμβανομένων των ηχοβολεων και του εκτυπωτή.

Ειδικότερα:

1. Τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών, κλπ.
2. Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης.
3. Τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κ.λ.π.
4. Έλεγχο-ρύθμιση τροφοδοτικών υψηλής και χαμηλής τάσης

5. Έλεγχος καλωδιώσεων και κινουμένων μερών
6. Ποιοτικός έλεγχος και ρυθμίσεις κεφαλών
7. Έλεγχος λογισμικού και ρυθμίσεις αν απαιτηθούν
8. Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας κονσόλας και ηχοβόλων κεφαλών
9. Καθαρισμός φίλτρων και εσωτερικών εξαρτημάτων ,καθαρισμός Trackball

β) Η σύμβαση περιλαμβάνει ακόμα την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα:

1. Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση.
2. Την αντικατάσταση του συνόλου των φθαρμένων ανταλλακτικών του μηχανήματος από συνήθη χρήση συμπεριλαμβανομένων των ηχοβόλων κεφαλών όπως και του εκτυπωτή του συστήματος.
3. Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.
4. Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, κλπ.)
5. Εξαιρούνται:
 - παντός είδους αναλώσιμα (χαρτί εκτύπωσης, gels, μελάνια κτλ)
 - μπαταρίες και εργασίες για την διατήρηση αρχείου ασθενών –εικόνων εξετάσεων , καθώς και εργασίες ανάκτησης δεδομένων κλπ), των οποίων η προμήθεια βαρύνει το Νοσοκομείο.

γ) πλήρες πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας έπειτα από κάθε επισκευή ή συντήρηση.

δ) πλήρη πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας/μετρήσεων.

Κατά τη συντήρηση ή επισκευή, ο Συντηρητής θα προβαίνει κατά την άποψή του, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του Συγκροτήματος, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστή Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχομένη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών. Ο Συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του ιατροτεχνολογικού είδους που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας βλαβών και συντήρησης του Συγκροτήματος, με ευθύνη του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του Τμήματος η τον αρμόδιο μηχανικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρείας. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, καθώς και οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της εταιρείας.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί ετησίως 1 προγραμματισμένη επίσκεψη προληπτικής συντήρησης, ή αν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους η οποία θα

εκτελείται κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς του Συντηρητή θα ενημερώνεται από τον Συντηρητή με Fax το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 16:00, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του κράτους καθώς και Σαββατοκύριακων. Η προσέλευση των Τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται μέσα σε 6 (έξι) ώρες από την έγγραφη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας και με το Νοσοκομείο. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από τις 08:00 μέχρι τις 16:00 κάθε ημέρας, διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα της απευθύνθηκε την επομένη ημέρα. Αντικαθιστάμενα ανταλλακτικά και υλικά περιέχονται στην κυριότητα του συντηρητή.

Κατά την διάρκεια των Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (08:00-16:00), θα παρευρίσκεται και αρμόδιος τεχνικός της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

DOWN TIME

Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του ιατροτεχνολογικού είδους συμφωνείται σε επτά (7) εργασίμων ημερών ανά έτος. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συστήματος.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης του ιατροτεχνολογικού είδους όπως ορίζεται ανωτέρω.

Για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης των μηχανημάτων άνω των επτά (7) εργασίμων ημερών ετησίως θα επιβάλλεται στον προμηθευτή ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύμβασης δέκα ήμερων και 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης πρόστιμο ανά ημέρα ακινητοποίησης.

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις θεομηνιών, δολιοφθορών και αποδεδειγμένων παραβιάσεων της ορθής χρήσης. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τις πιο πάνω περιπτώσεις, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του μηχανήματος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από το Νοσοκομείο.

Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον. Η επιμέτρηση του χρόνου μη λειτουργίας (DOWN-TIME) θα γίνεται με βάση την ώρα ειδοποίησης του συντηρητή. Σαν εργάσιμη ημέρα νοείται το διάστημα από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες από 08:00 έως 16:00 εξαιρουμένων εορτών & αργιών.

Ο Συντηρητής πρέπει να διατηρεί ικανή επάρκεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων.

Να κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής του μηχανήματος , ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής του .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- ΜΑΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
- ΨΙΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΕΛΟΣ)
- ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ