



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ANNA ΡΙΣΤΑ

ΤΗΛ.: 213-2052518

ΦΑΞ : 213-2052441

Email: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Ημερομηνία	10/1/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ	237/13-1-2020

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ»**

**Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

Ανακοινώνει την διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Σάκοι Ούρων».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **πέντε (5)** ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ([www.paidon-pentelis.gr/](http://www.paidon-pentelis.gr/) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ) .
2. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)
- 3.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της προμήθειας.
- 4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα προκηρυχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «Σάκοι Ούρων», προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

**Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η ΥΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ, 15236

Γρ. Προμηθειών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
Αριθ. Πρωτ. 19645
Ελήσθη 13.12.19

A

Προς: Το Γρ. Προμηθειών

**ΘΕΜΑ:** « Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Σάκοι ούρων».

**Σχετικά:**

1. Η υπ.αριθμ. 10741/22-10-2019 Απόφαση Αν. Διοικήτή (ΑΔΑ ΩΨΤ1469Η24-7ΒΘ)
2. Το με Αρ.Πρωτ.10958/ 31.10.2019 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αφού μελέτησε το ζήτημα κατέληξε στις εξής προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν τα προσφερόμενα είδη:

**1. Απλοί Ουροσυλλέκτες μιας χρήσεως.**

Θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι χωρητικότητας 2000ml
- Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
- Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτως στεγανοί
- Να έχουν μήκος σωλήνα 90-120εκ., ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα
- Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή συμβατού συστήματος ανάρτησης
- Να έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη.

**2. Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι.**

Θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι χωρητικότητας 2000ml
- Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
- Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτως στεγανοί
- Να έχουν μήκος σωλήνα 90-120εκ., ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα
- Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή συμβατού συστήματος ανάρτησης
- Να έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη.
- Να διαθέτουν πλαστικό κλιπ διακοπής της ροής των ούρων

- Να υπάρχει ασφαλής και εύχρηστη βαλβίδα κένωσης του σάκου, κατάλληλη για δειγματοληψίες και σύνδεση σε άλλον, απλό ουροσυλλέκτη για παροχέτευση του περιεχομένου.

### 3. Ουροσυλλέκτες παιδικοί αυτοκόλλητοι μιας χρήσης.

Θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι χωρητικότητας έως 200ml
- Να είναι αποστειρωμένοι και υποαλλεργικοί
- Να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι άνετοι και συμβατοί τόσο με την αρσενική όσο και με τη θηλυκή ανατομία
- Να διαθέτει δύο θαλάμους με βαλβίδα έτσι ώστε να παρεμποδίζει την επιστροφή ούρων και να κρατάει τα ούρα μακριά από το δέρμα
- Να διαθέτει διάφανη αυτοκόλλητη επιφάνεια σε σχήμα πεταλούδα τόσο ισχυρή και υποαλλεργική που να κάνει την εφαρμογή εύκολη και ακριβής
- Η οπή να έχει διαστάσεις: μήκος 5cm +/- 0,5cm και πλάτος 3cm +/- 0,5cm.

### 4. Ουροσυλλέκτες νεογνικοί μιας χρήσεως αυτοκόλλητοι.

Θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι χωρητικότητας 100ml
- Να είναι αποστειρωμένοι και υποαλλεργικοί
- Να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι άνετοι και συμβατοί τόσο με την αρσενική όσο και με τη θηλυκή ανατομία
- Να διαθέτει δύο θαλάμους με βαλβίδα έτσι ώστε να παρεμποδίζει την επιστροφή ούρων και να κρατάει τα ούρα μακριά από το δέρμα
- Να διαθέτει διάφανη αυτοκόλλητη επιφάνεια σε σχήμα πεταλούδα τόσο ισχυρή και υποαλλεργική που να κάνει την εφαρμογή εύκολη και ακριβής
- Η οπή να έχει διαστάσεις: μήκος 4cm +/- 0,5cm και πλάτος 3cm +/- 0,5cm.

### 5. Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων.

Θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
- Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτως στεγανοί
- Να έχουν μήκος σωλήνα 90-120cm, ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα
- Ο σωλήνας να έχει μεγάλη εσωτερική διάμετρο, να είναι εύκαμπτος και να μην τσακίζει έτσι ώστε να διευκολύνει την καλύτερη ροή των ούρων και την αποφυγή στασιμότητάς τους στην κύστη του ασθενούς ή το σωλήνα
- Να διαθέτουν πλαστικό κλιπ διακοπής της ροής των ούρων
- Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος του σωλήνα σύνδεσης ειδική υποδοχή με διαπερατή μεμβράνη ή αντιμικροβιακό φίλτρο για ασφαλή και εύκολη λήψη δείγματος ούρων για καλλιέργεια

- Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα ανάρτησης από σκληρό πλαστικό
- Να έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη.
- Να έχουν ενσωματωμένο ογκομετρικό θάλαμο ωριαίας μέτρησης ούρων από πλαστικό με χωρητικότητα 500ml, ευκρινή διαβάθμιση ακρίβειας, με προσέγγιση 1ml για τα πρώτα 10ml
- Ο ογκομετρικός θάλαμος να φέρει εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης, σύστημα υπερχείλισης προς το σάκο και στρόφιγγα δειγματοληψίας στη βάση του
- Να διαθέτει αεραγωγούς στον ογκομετρικό θάλαμο και στον ουροσυλλέκτη για εξαγωγή του αέρα από το σύστημα και υδροφόβο φίλτρο κατακράτησης βακτηριδίων
- Να υπάρχει ασφαλής και εύχρηστη βαλβίδα κένωσης του σάκου, με διακόπτη ροής και δυνατότητα αναδίπλωσης για να μη στάζει, κατάλληλη για δειγματοληψίες και σύνδεση σε άλλον, απλό ουροσυλλέκτη για παροχέτευση του περιεχομένου
- Να είναι αποστειρωμένοι και ατομικά συσκευασμένοι.

#### 6. Συστήματα ανάρτησης των ουροσυλλεκτών στην κλίνη του ασθενούς.

Θα πρέπει να είναι εύχρηστα, από σκληρό πλαστικό και συμβατά με τους προσφερόμενους ουροσυλλέκτες. Επίσης θα πρέπει όλα τα προϊόντα να έχουν:

- Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής
- Οι ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 13 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94
- Να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE)
- Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO8669-2:1996 Urine collection bags – Part 2: «Requirements and tests methods»
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να έχουν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον 2 έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης
- Να είναι η συσκευασία καλή για ασφαλή μεταφορά
- Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά τη συσκευασία
- Η Υπηρεσία να μπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο ή αναγνωρισμένο εργαστήριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
- Η Επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων να μπορεί να προβεί σε έλεγχο των δειγμάτων, το κόστος του οποίου θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Σημειώνεται, ότι οι προμηθεύτριες εταιρείες που διακινούν τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Επί ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα κατατεθούν με την προσφορά.