

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Θ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 16-08-2019
Αρ. Πρωτ.:8477

ΑΔΑ:

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Απεγκατάσταση
Ακτινολογικού Συστήματος**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην **«αποξήλωση – απεγκατάσταση του τηλεχειριζόμενου ψηφιακού ακτινοδιαγνωστικού συστήματος AXIOM ICONOS R200 του κατασκευαστικού Οίκου SIEMENS s.n 2625 με την αχρήστευση τμήματός του και την ταυτόχρονη φύλαξη ορισμένων ανταλλακτικών» (σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή)** σε βάρος των ΚΑΕ 889 και 1439, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Σχετ. Η υπ.αριθμ. 8452/13-08-2019 έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης (ΑΔΑ:6ΞΜΠ469Η24-ΩΟΗ).

Προϋπολογισμός: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €)

Ελάχιστες απαιτήσεις

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα Χρυσικού τηλέφωνο: 213-2052555

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-08-2019 & ώρα 10:00.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ICONOS R 200

- 1) Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004, και να διαθέτει EN ISO 13485/16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) .
- 2) Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιου έργου σε δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία (να αναφερθούν).
- 3) Η ανάδοχος εταιρεία να βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της σημερινής κατάστασης του και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
- 4) Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει προσωπικό , με αποδεδειγμένη εμπειρία ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής απεγκατάσταση του συστήματος.
- 5) Οι εργασίες αποξήλωσης του παλαιού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν με ασφαλή τρόπο και χωρίς καταστροφές των υφιστάμενων χώρων και υποδομών του Νοσοκομείου μας και μεταφορά του εξοπλισμού εντός της περιφραξης του και σε σημείο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο, με δική του ευθύνη, έξοδα, προσωπικό και εργαλεία.
- 6) Την προσεκτική αφαίρεση της ακτινολογικής του λυχνίας και την συσκευασίας της έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στο άλλο ακτινολογικό μηχάνημα του ιδίου οίκου όπως και ορισμένων ανταλλακτικών τα οποία θα υποδειχτούν από την υπηρεσία (χειριστήριο, γεννήτρια, Η/Υ ,οθόνες κ.τ.λ.).
- 7) Η ανάδοχος εταιρεία να καταθέσει σχέδιο ασφάλειας και υγιεινής για την πραγματοποίηση του εν λόγω έργου.