

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΑΔΑ

Π. Πεντέλη, 5/12/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Πρωτ : 15264/7-12-2018

Πληροφ.:ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ

Τηλ . 213- 2052518 ή 508

Fax: 21032052441

Email: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

ΑΦΜ 997355589

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση για την αντικατάσταση δύο φορητών αναρροφήσεων της 2<sup>ης</sup> παιδιατρικής κλινικής και των Εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου.  
ΣΧΕΤ: Την υπ' αρ. 15040/4-12-2018 Απόφαση Αναπλ.Διοικητή (ΑΔΑ:6ΜΘ1469Η24-ΟΓΟ)

**Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην αντικατάσταση δύο φορητών αναρροφήσεων της 2<sup>ης</sup> παιδιατρικής κλινικής και των Εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (CPV 50420000-5) με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.**

### ***ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ***

#### **ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ**

- Αντλία με πιστόνια χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών και προστασία έναντι υπερθέρμανσης (να αναφερθεί).
- Μανόμετρο με ευδιάκριτες ενδείξεις, σε τουλάχιστον δύο κλίμακες και χρωματική διαβάθμιση.
- Το βάρος της συσκευής να μην ξεπερνά τα 5kg.
- Φωτιζόμενος διακόπτης/ μπουτόν ON/OFF και εργονομικός ρυθμιστή κενού.
- Κάλυμμα αναρρόφησης από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής με ενσωματωμένη χειρολαβή για εύκολη μεταφορά και συνδετικό στήριξης της φιάλης εκκριμάτων.
- Μέγιστο κενό 85 Kpa και αναρροφητική ικανότητα 40Lt/min τουλάχιστον.
- Να φέρει υδρόφοβο –αντιπαρασιτικό φίλτρο για εξτρά προστασία από την υπερχειλίση.
- Φιάλη εκκριμάτων 1lt, κλιβανιζόμενη, φλοτέρ προστασίας συνοδευόμενη από τους απαραίτητους σωλήνες σύνδεσης για την λειτουργία της συσκευής.
- Να υπάρχει δυνατότητα να δέχεται σάκους αναρρόφησης μιας χρήσης (1 λιτρου).

## **ΓΕΝΙΚΑ**

Τα προσφερόμενο είδος να είναι τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ να καλύπτει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).

Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ//1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου. .Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος τουλάχιστον 24 μηνών

Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα SERVICE που αφορά την δυνατότητα επισκευής των προσφερόμενων συσκευών καθώς επίσης και την κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για ΔΕΚΑ(10) έτη.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900,00€ συμπεριλ. ΦΠΑ.  
ΚΑΕ 7127**

**Πληροφορίες: κα Χρυσικού Ελένη (Υποδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας-Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας) -τηλ. 213 2025555**

| A/A | ΕΙΔΟΣ                                        | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τελική Τιμή | Κωδικός Παρατηρητηρίου | Τιμή Παρατηρητηρίου |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------------|-----|-------------|------------------------|---------------------|
| 1   | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<br>ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ<br>ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ |                 |          |                        |                         |     |             |                        |                     |

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email , **έως Πέμπτη 13/12/2018 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**