

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 21-11-2019
Αρ. Πρωτ.: 11474

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, **για**

- 1. ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ BUTTON ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ low profile**, κατασκευασμένο από ατραυματική σιλικόνη υψηλής ποιότητας & αντοχής με κωνικό άκρο, **διαμέτρου 20Fr & μήκος αυχένα 1,7mm, ποσότητα προς προμήθεια, ένα τεμάχιο.**

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. (ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ κα Αλεξανδρή τηλ. 213 2052 522)

- 2. ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ τύπου έλξεως – Pull** Διαθερμικής τοποθέτησης, αποτελούμενο από σωλήνα σίτισης από διάφανη σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής **μεγέθους 20Fr, με μεγάλη εσωτερική διάμετρο για υψηλή ροή, αφαιρούμενο εξωτερικά** – μη ενδοσκοπικά με λεπτό κωνικό άκρο και ανατομικό πέλμα σιλικόνης για καθήλωση στο δέρμα με ειδικό καλώδιο σύσφιξης και εξαρτήματα ασφάλισης – στερέωσης του σωλήνα σίτισης (χωρίς ραφές στο δέρμα) για αποφυγή μετακίνησής του. **Ποσότητα προς προμήθεια τεμάχιο ένα.**

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. (ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ κα Αλεξανδρή τηλ. 213 2052 522)

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2019 & ώρα 11:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ