

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ.ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 14-10-2019
Αρ.Πρωτ: 9408

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

• **ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ (ρινικοί)**

1. ΧΩΡΙΣ CUFF, ποσότητα προς προμήθεια

- α) No 5, τριάντα (30) τεμάχια
- β) No 5,5, τριάντα (30) τεμάχια
- γ) No 6, είκοσι (20) τεμάχια

2. ΜΕ CUFF, ποσότητα προς προμήθεια,

- α) No 4, δέκα (10) τεμάχια
- β) No 4,5, δέκα (10) τεμάχια
- γ) No 5, είκοσι (20) τεμάχια
- δ) No 6, είκοσι (20) τεμάχια
- ε) No 7,5 δέκα (10) τεμάχια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ.

Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες πρέπει

Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο σιλικοναρισμένο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα.

Να έχει λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.

Να είναι μέτρια σκληρός για να μην κάμπτεται για εύκολη διασωλήνωση απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού και θα αξιολογηθεί από το δείγμα που θα κατατεθεί.

Να είναι θερμοευαίσθητος για να προσαρμόζεται στο απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.

Να φέρει ειδική σήμανση βάθους διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας.

Να φέρει αντίσταση στο τσάκισμα ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόφραξης του σωλήνα.

Να φέρει ατραυματικό Murphy eye ο σχεδιασμός του οποίου να διευκολύνει τον αμφίπλευρο αερισμό και την αναπνευστική δίοδο.

Να φέρει συνδετικό 15 mm (ISO 5356-1) συμβατό με τα κυκλώματα αναισθησίας.

Να είναι ατραυματικός.

Να είναι αποστειρωμένος μιας χρήσης.

Να είναι διαβαθμισμένος.

Να είναι ακτινοσκοπικός blue line χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή στο σημείο Murphy-eye.

Να είναι LATEX FREE.

Να ενδείκνυται για μικρή/ μεγάλη παραμονή σε οδοντιατρικές επεμβάσεις σε μεγάλη παραμονή του χειρουργείου και σε ΜΕΘ.

Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη από 3.0 έως 8.0 (ανά 0,5).

2. ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο σιλικοναρισμένο PVC υψηλής ποιότητας, απαλό και φιλικό για τους ιστούς.

Να είναι ελεύθεροι από latex

Να έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης και να είναι ειδικά σχεδιασμένα για εγχειρήσεις στην περιοχή της γνάθου ή /και για μακρά παραμονή.

Το cuff να ελέγχεται από μπλε οδηγό μπαλόνη(pilot) ευαίσθητο στις μεταβολές της πίεσης στην τραχεία και να διαθέτει βαλβίδα για Luer-slip και Louer-lock σύριγγες.

Να φέρουν ακτινοσκοπική ένδειξη καθ όλο το μήκος τους

Να διαθέτουν ατραυματικό άκρο με οπή Murphy

Να είναι διαβαθμισμένοι

Να είναι διαφανείς

Να διαθέτουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό 15 mm

Να είναι αποστειρωμένοι

Να είναι μιας χρήσης

Να είναι κατάλληλοι για ρινική χρήση

Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη από 3.0 εως 8.0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κα ΒΡΕΤΤΟΥ 213 2052 540, 522

ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail
promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 22- 10-2019 & ώρα 11:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ