

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: ANNA ΡΙΣΤΑ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 25/1/2021  
Αρ. Πρωτ.: 875

ΑΔΑ:

### **ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μιας φορητής αναρρόφησης, για τις ανάγκες του νοσοκομείου με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών και σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

- Αντλία με πιστόνια χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών και προστασία έναντι υπερθέρμανσης (να αναφερθεί).
- Μανόμετρο με ευδιάκριτες ενδείξεις, σε τουλάχιστον δύο κλίμακες και χρωματική διαβάθμιση.
- Το βάρος της συσκευής να μην ξεπερνά τα 5kg.
- Φωτιζόμενος διακόπτης/ μπουτόν ON/OFF και εργονομικός ρυθμιστή κενού.
- Κάλυμμα αναρρόφησης από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής με ενσωματωμένη χειρολαβή για εύκολη μεταφορά και συνδετικό στήριξης της φιάλης εκκριμάτων.
- Μέγιστο κενό 85 Kpa και αναρροφητική ικανότητα 40Lt/min τουλάχιστον.
- Να φέρει υδρόφοβο φίλτρο για εξτρά προστασία από την υπερχειλίση.
- Φιάλη εκκριμάτων 1lt, κλιβανιζόμενη, φλοτέρ προστασίας συνοδευόμενη από τους απαραίτητους σωλήνες σύνδεσης για την λειτουργία της συσκευής.

#### **ΓΕΝΙΚΑ**

*Τα προσφερόμενο είδος να είναι τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ να καλύπτει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).*

*Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ//1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα*

πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

.Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος τουλάχιστον 24 μηνών

Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα SERVICE που αφορά την δυνατότητα επισκευής των προσφερόμενων συσκευών καθώς επίσης και την κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για επτά (10) έτη.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

**Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : Κα ΧΡΥΣΙΚΟΥ (Τεχνική Υπηρεσία) τηλέφωνο: 213-2052555**

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 3-2-2021 & ώρα 09:00 π.μ.**  
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**