

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 09-01-2020
Αρ. Πρωτ.: 12859/19

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για

ΛΑΒΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ

- 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED**
 - 2. ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (5.000K)περίπου**
 - 3. ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000 Lux**
 - 4. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 35 ΩΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
 - 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100.000 ΩΡΕΣ**
 - 6. ΟΙ ΛΑΒΕΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**
 - 7. ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΛΑΜΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τύπου HEINE)**
 - 8. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
 - 9. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ**
- ΠΟΣΟΤΗΤΑ προς προμήθεια, α) μεσαία λαβή διαστ. 146x29, τεμάχια δύο
β) λεπτή λαβή διαστ. 146x19, τεμάχια δύο**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡ/ΝΗ ΜΕΘ : Κα ΠΕΤΡΙΔΟΥ, τηλ. 213 2052 333

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω
e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 20-01-2020 και μέχρι τις 11:00.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ