

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213-2052508 ή 518
Fax: 213-2052441

Πεντέλη, 04-03-2016
Αρ. Πρωτ 2115

ΘΕΜΑ: Δελτίο Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. για όσα υλικά υπάρχουν.

- **ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ, σε επαναφορτιζόμενα, με φορητό φορτιστή, ποσότητα προς προμήθεια τεμάχια δύο, (για το ΩΡΛ ιατρείο)**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 6000ο Kelvin- 15.000 Lux στα 25cm, τουλάχιστον

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, να διαθέτουν

α) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ

β) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ

γ) ΔΙΑΚΟΠΤΗ on/off

δ) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΩΡΩΝ

ε) ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 250gr

στ) ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ζ) ΣΗΜΑΝΣΗ CE

η) ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, τουλάχιστον

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα ΦΩΤ ΦΑΓΚΡΑ τηλ. 213 2052 580

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 15-03-2016 & ώρα 10:00 π.μ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ