

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 13-01-2020
Αρ. Πρωτ: 150

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για ,

1. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (optiflow junior), ως εξής:

- A. Να είναι συμβατό με τους υγρανήρες Fisher Paykel. Να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.**
- B. Να είναι κλειστό σετ που περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής, έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ και μια βαλβίδα διαφυγής.**
- Γ. Η βαλβίδα να έχει υποδοχές για έλεγχο του ποσοστού οξυγόνου και της πίεσης που παρέχεται.**
- Δ. Να υποστηρίζει ροή από 0,5 έως 25l/min και να έχει σύστημα διαφυγής αέρα πάνω από 40cm H₂O.**
- Ε. Να είναι μιας χρήσης (τόσο το θερμαινόμενο κύκλωμα όσο και ο αυτοτροφοδοτούμενος θάλαμος νερού) με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης.**
- ΣΤ. Να προσφέρουν και ρινικά prongs (διαφόρων μεγεθών) ανάλογα με το βάρος του ασθενούς, που να προσαρμόζονται στο παραπάνω σετ ύγρανσης.**
- Z. Να διαθέτουν ειδικά αυτοκόλλητα pads για τέλεια εφαρμογή και μείωση του κινδύνου για ρινικό τραυματισμό, ποσότητα προς προμήθεια τεμάχια πέντε (5).**

2. Ρινική κάνουλα – prongs (pediatric) για το παραπάνω κύκλωμα Nasal High Flow, ποσότητα προς προμήθεια τεμάχια τέσσερα (4).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟ/ΝΗ ΜΕΘ κα ΠΕΤΡΙΔΟΥ τηλ. 213 2052 333

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών & μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 27 - 01- 2020 & ώρα 11:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ