

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

ΠΕΝΤΕΛΗ, 15-04-2019
Αρ. Πρωτ.: 4465

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών,

- **ΤΖΕΛ για τον ΗΕΓ, ποσότητα προς προμήθεια πενήντα λίτρα (50lt)**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το gel ηλεκτροδίων θα πρέπει να:

1. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις Κάσκες Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας
2. Αγώγιμο, ώστε να μειώνεται η αντίσταση κάθε ηλεκτροδίου της κάσκα, κατά την επαφή με το δέρμα.
3. Παχύρευστο για καλύτερη τοποθέτηση και να έχει την ακόλουθη σύσταση:
WATER, SODIUM CHLORIDE, ARAGUM T-1998, POTASSIUM, BITARTRATE, GLYCERIN, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.
4. Να διατίθεται σε ποσότητα των 960g (32Oz).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κα ΤΣΕΛΛΟΥ τηλ. 213 2052 833

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**, promitheion@paidon-pentelis.gr, **μέχρι και την ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-04-2019 & ώρα 10:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ