

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΑΔΑ

Π. Πεντέλη 10/07/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ
Τηλ . 213- 2052518 ή 508
Fax: 21032052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr
ΑΦΜ 997355589
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ : 9483

**ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ»**

ΣΧΕΤ: Την υπ.αριθμ. 7668/7.06.2018 Απόφαση Αν. Διοικητή σχετικά με την
έγκριση σκοπιμότητας, τη διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τη συγκρότηση
επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης των
προσφορών (ΑΔΑ:Ω09Ρ469Η24-0Ψ8)

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200,00€ συμπεριλ. ΦΠΑ
ΚΑΕ 7127**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός φωτόμετρου με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα Χρυσικού Ελένη τμηματάρχη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στο τηλέφωνο 213-2052555.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2018

Αρ. Πρωτ.

Προς: Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ

Το προσφερόμενο φωτόμετρο να διαθέτει:

- 1/Εύρος μήκους κύματος 325-1000nm περίπου
- 2/Ακρίβεια εύρους μήκους κύματος +/- 2 nm το μέγιστο
- 3/επαναληψιμότητα εύρους μήκους κύματος 1nm
- 4/Σταθερότητα $\leq 0.002^{\circ}/h$ 500nm
- 4/Ανιχνευτής φωτοδίοδος σιλικόνης
- 5/Φωτομετρική ακρίβεια +/- 0,5%T περίπου
- 6/φωτομετρική επαναληψιμότητα 0,3%T
- 7/Ενεργειακή τροφοδοσία 220 V
- 8/θύρα εξαγωγής δεδομένων USB
- 9/ δυνατότητα μέτρησης διαπερατότητας, απορρόφησης και συγκέντρωσης.
- 10/Να συνοδεύεται με εγχειρίδιο χρήσης




ΓΕΝΙΚΑ

Τα προσφερόμενα φωτόμετρα να είναι τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ να καλύπτει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).

Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

3. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος τουλάχιστον 24 μηνών.

Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών

1. Μακρή Αντωνία 
2. Χρυσικού Ελένη 
3. Παναγιωτάκη Ελένη 

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email , έως **Τετάρτη 18/07 /2018, ώρα 09.00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

