

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφο.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 12-04-2021
Αρ. Πρωτ.: 3576/13-04-21

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ , ποσότητα προς προμήθεια τρία (3) τμχ., ως οι τεχνικές προδιαγραφές:**
 - Φορητά μετωπιαία κάτοπτρα τεχνολογίας LED με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
 - Το κάθε κάτοπτρο θα πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο να είναι ελαφρύ κατάλληλο για εξέταση ή επέμβαση , να έχει μετασχηματιστή για φόρτιση από ρεύμα , να έχει φωτεινότητα περίπου 30.000lux και μεγάλη διάρκεια ζωής της λυχνίας LED , να διαθέτει πιστοποίηση CE καθώς και εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα προσφερόμενο είδος να είναι τελευταίας τεχνολογίας θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ να καλύπτει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).

Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ//1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και 13485 για τη διανομή κα την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παράγραφο. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών.

Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα SERVICE που αφορά την δυνατότητα επισκευής καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών.

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr**

μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 20 -04-2021 και μέχρι τις 13:00

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ/ΝΤΡΙΑ ΩΡΛ κα ΓΟΥΝΑΡΗ τηλ. 213 2052 221
ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ ΒΙΤ κα ΧΡΥΣΙΚΟΥ τηλ. 213 2052 555

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ