

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 20-03-2024
Αρ πρωτ.:3984/03-04-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

ΑΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ, ως εξής

ποσότητα 2 τεμάχια (ένα άκαμπτο ενδοσκόπιο ωτών/ρινός και ένα άκαμπτο ενδοσκόπιο λάρυγγος)

Εκτιμώμενο κόστος: 1.700,00€ συμπ φπα

***επισυνάπτονται προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 2132052 513,511

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική ή τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Παρατηρητήριο	Τιμή Παρατηρητήριο	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 09-04-2024 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΡΙΝΟΣ/ΩΤΩΝ**

- Να είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας.
- Να έχει Διαθέτει μικρό βάρος.
- Είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισμένο.
- Να Συνεργάζεται με πηγές ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων.
- Να Παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.
- Να Διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.
- Να Διαθέτει εξαιρετική στεγανότητα.
- Να Είναι υπερευρυγώνιο πρόσθιας οράσεως 0 μοιρών, διαμέτρου 2.7mm και μήκους εργασίας έως 140mm.
- Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) ετών από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Να έχει CE και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 13485, ISO 9001 και ISO 14001.
- Να είναι κλιβανιζόμενο σε απολυμαντικά υγρά.
- Η εταιρεία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π οικ./1348 2004 για την διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ**

- Να Είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας .
- Να Διαθέτει μικρό βάρος.
- Να Είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισμένο.
- Συνεργάζεται με πηγές ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων.
- Να Παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.
- Να Διαθέτει σύστημα υψηλής μεγέθυνσης (ΗΜ) της εικόνας
- Να Διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.
- Να Διαθέτει εξαιρετική στεγανότητα.
- Να Είναι οράσεως 70° προς τα κάτω, διαμέτρου 4mm και μήκους εργασίας έως 175mm
- Να έχει CE και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 13485, ISO 9001 και ISO 14001.
- Να είναι κλιβανιζόμενο σε απολυμαντικά υγρά.
- Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) ετών από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Η εταιρεία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π οικ./1348 2004 για την διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.