



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 23-01-2025  
Αρ. Πρωτ. : 1161/30-01-25

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για,

**• ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, με παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών, ανά είδος, ως εξής:**

1. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΦΤΕΡΝΑΣ, ποσότητα προς προμήθεια, 4τμχ.
2. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ, " " 3τμχ., διαστ. 52χ10cm
3. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ, " " 3τμχ., διαστ. 25χ15cm
4. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 3τμχ.
5. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΗΣ, 3τμχ.
6. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΙΔΩΝ, 3τμχ.

**ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

**ΠΛΗΡ/ΙΕΣ: ΜΕΘ τηλ. 213 2052 333**

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. .

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail, [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

**μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 05-02-25 και μέχρι τις 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

**\*\*\*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\*\***

**Μαξιλάρι Gel Πολυουρεθάνης κεφαλής (παιδικό) τύπου κουλούρα [Ο]**

- Να έχει στρόγγυλο σχήμα τύπου κουλούρα [Ο], κατάλληλο για την τοποθέτηση της κεφαλής των ασθενών (παιδικό) με διάσταση 15cm (διάμετρος) x 3.5cm (ύψος).
- Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος.
  - ⇒ Να κατατεθεί test report απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους.
- Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40°C ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα.
- Να είναι ακτινοδιαφανές, συμβατό κατά τη διενέργεια εξετάσεων MRI, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU MDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI.
- Ο κατασκευαστής να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016.

**Μαξιλάρι Gel Πολυουρεθάνης Θέσης**

- Να έχει ημικυκλικό σχήμα κατάλληλο για την τοποθέτηση των ασθενών με διάσταση 52cm (μήκος) x 10cm (πλάτος) x 8cm (ύψος).
- Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος.
  - ⇒ Να κατατεθεί test report απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους.
- Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40°C ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα.
- Να είναι ακτινοδιαφανές, συμβατό κατά τη διενέργεια εξετάσεων MRI, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU MDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI.
- Ο κατασκευαστής να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016.

**Μαξιλάρι Gel Πολυουρεθάνης κεφαλής οφθαλμολογικής εξέτασης**

- Να έχει ελλειπτικό σχήμα κατά το ήμισυ που καταλήγει σε τετράγωνο σχήμα τύπου ελλειπτική κουλούρα, κατάλληλο για την τοποθέτηση της κεφαλής των ασθενών για τη διενέργεια οφθαλμολογικών εξετάσεων με διάσταση 19cm (μήκος) x 21.6cm (πλάτος) x 3.8cm (ύψος). Επιπλέον, να διαθέτει περιμετρική υποστήριξη της κεφαλής εσωτερικής διαμέτρου  $\approx$  9cm.
- Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος.
  - ⇒ Να κατατεθεί test report απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους.
- Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40°C ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα.
- Να είναι ακτινοδιαφανές, συμβατό κατά τη διενέργεια εξετάσεων MRI, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU MDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI.
- Ο κατασκευαστής να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016.

**Μαξιλάρι Gel Πολυουρεθάνης Θέσης**

- Να έχει ημικυκλικό σχήμα κατάλληλο για την τοποθέτηση των ασθενών με διάσταση 25cm x 15cm x 8cm.
- Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος.
  - ⇒ Να κατατεθεί test report απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους.
- Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40°C ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα.
- Να είναι ακτινοδιαφανές, συμβατό κατά τη διενέργεια εξετάσεων MRI, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU

- MDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI.O κατασκευαστής να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016.

#### **Μαξιλάρι Gel Πολυουρεθάνης κεφαλής τύπου κουλούρα [O]**

- Να έχει στρόγγυλο σχήμα τύπου κουλούρα [O], κατάλληλο για την τοποθέτηση της κεφαλής των βρεφών/νεογνών με διάσταση 9.2cm (διάμετρος) x 2.4cm (ύψος).
- Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος.
  - ⇒ Να κατατεθεί test report απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους.
- Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40°C ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα.
- Να είναι ακτινοδιαφανές, συμβατό κατά τη διενέργεια εξετάσεων MRI, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU MDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI.
- Ο κατασκευαστής να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016.

#### **Μαξιλάρι Gel Πολυουρεθάνης για την φτέρνα**

- Να έχει σχήμα κατάλληλο για την τοποθέτηση της φτέρνας με διάσταση 20cm x 11cm x 7cm.
- Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος.
  - ⇒ Να κατατεθεί test report απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους.
- Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40°C ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα.
- Να είναι ακτινοδιαφανές, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU MDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI.

#### **Μαξιλάρι Gel Πολυουρεθάνης για την φτέρνα**

- Να έχει σχήμα κατάλληλο για την τοποθέτηση της φτέρνας με διάσταση 20cm x 11cm x 7cm.
- Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος.
  - ⇒ Να κατατεθεί test report απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους.
- Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40°C ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα.
- Να είναι ακτινοδιαφανές, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EU MDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI.
- Ο κατασκευαστής να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016