

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518
 e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 25-05-23
 Αρ. Πρωτ.: 6992/12-06-23

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ LMA SUPREME** μιας χρήσης από PVC αποστειρωμένη, ως εξής:

*Σχεδιασμένη με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90 μοίρες για ευκολότερη τοποθέτηση από ουδέτερη θέση χωρίς να απαιτείται υπερέκταση του κεφαλιού του ασθενούς.

*Σχεδιασμένη με cuff διπλής φραγής που

α) επιτρέπει τον αερισμό θετικής πίεσης έως 37 cmH₂O (κατά 15 cm περίπου παραπάνω συγκριτικά με τους υπόλοιπους τύπους λαρυγγικών μασκών) επιτρέποντας μεγαλύτερες περιόδους αερισμού (έως 4 ώρες περίπου, συγκριτικά με τους άλλους τύπους λαρυγγικών μασκών).

β) φέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκκένωσης του στομάχου διαμέσου ενός αυλού ο οποίος βοηθά στην εκτόνωση των γαστρικών περιεχομένων, μειώνοντας τον κίνδυνο εισρόφησης από αναγωγή, παρέχοντας την δυνατότητα για την τοποθέτηση LEVIN. Αυτός ο αυλός επιτρέπει την παρακολούθηση της σωστής τοποθέτησης της λαρυγγικής μάσκας μετά την εισαγωγή.

* Το ενσωματωμένο bitebock αποτρέπει τη διακοπή αερισμού του ασθενούς ακόμη και αν ο ασθενής δαγκώσει τη λαρυγγική μάσκα, ενώ το σύστημα σταθεροποίησης επιτρέπει τη μεγαλύτερη ασφάλεια οσον αφορά στη θέση της λαρυγγικής μάσκας στη διάρκεια της επέμβασης, ακόμα και αν αλλάζει η θέση του ασθενούς.

* Επιστημονική τεκμηρίωση.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ προς προμήθεια,

No 1	τεμάχια	10
No 1,5	<<	10
No 2	<<	20
No 2,5	<<	20
No 3	<<	10
No 4	<<	10

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 Πληροφορίες: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ τμ. τηλ. 213 2052 540

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**,
promitheion@paidon-pentelis.gr, **μέχρι & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-06-23 & ώρα 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ