



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πεντέλη, 18-10-2023
Αρ. Πρωτ:
12158/25.10.2023

Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, ποσότητα προς προμήθεια :**
 - 1) Large, ποσότητα 1 τμχ
 - 2) Medium, ποσότητα 1 τμχ
 - 3) Small, ποσότητα 1 τμχ
 - 4) Extra small, ποσότητα 1 τμχ
 - 5) Extra-extra small, ποσότητα 1τμχ

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕΘ τηλ. 213 2052 333,433
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 01/11/2023 & ώρα 09:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

***επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές**

Παιδική ολοπροσωπική μάσκα για χρήση από ένα ασθενή σε αναπνευστήρα

Τεχνικές προδιαγραφές

- Η μάσκα να είναι κατάλληλη για την παροχή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού σε ένα ασθενή καθ' όλη την διάρκεια νοσηλείας του
- Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του παιδιού (στόμα, μύτη και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.
- Να διαθέτει μαλακό, μη ελαστικό σκουφάκι με ιμάντες και με πρόσδεση σε τέσσερα σημεία
- Οι ιμάντες να εφαρμόζουν στο κάτω μέρος της μάσκας με κλιπ έτσι ώστε η τοποθέτηση, η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση να είναι εύκολη.
- Να διαθέτει συνδετική γωνία στρεφόμενη κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή
- Να διαθέτει θύρα για μέτρηση πίεσης ή εμπλουτισμού με O₂
- Η συνδετική γωνία να έχει εσωτερική διάμετρο 22mm, να είναι κατάλληλη για σύνδεση σε αναπνευστήρα, χωρίς θυρίδα εκπνοής και βαλβίδα ασφαλείας.
- Η συνδετική γωνία της μάσκας να είναι αφαιρούμενη και να δύναται να αντικατασταθεί από άλλου τύπου γωνίες (με θυρίδα εκπνοής, γωνία βρογχοσκόπησης κτλ.)