



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 03-10-2024
Αρ. Πρωτ : 11836/09-10-24

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για,

- **ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (VACUTAINER SAFTY LOCK BD),**
ενδεικτική ποσότητα προς προμήθεια 500 τμχ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να διαθέτουν ενσωματωμένες βελόνες καθετηριασμού και διατρήσεως σωληναρίων από ανοξείδωτο ατσάλι.
2. Το σωληνάκι να είναι εύκαμπτο και κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου πλαστικό (medical grade) και το μήκος του είναι 178mm.
3. Τα πτερύγια να είναι εύκαμπτα προκειμένου να επιτυγχάνεται σταθερό κράτημα διασφαλίζοντας τη σίγουρη και εύκολη διείσδυση και τοποθέτηση της πεταλούδας.
4. Η βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων να είναι κενού ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή του αίματος αλλά και για την αποφυγή αιμολυσίας.
5. Να είναι καλυμμένη με ειδικό συνθετικό ελαστικό (latex free) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο.
6. Να είναι αποστειρωμένες με οξείδιο αιθυλενίου και συσκευασμένες σε ατομική reel pack συσκευασία.
7. **ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

ΠΛΗΡ/ΙΕΣ: ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ Ε.Ι. , τηλ. 213 2052 580

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τελική Τιμή | Κωδικός Παρατηρηρίου | Τιμή Παρατηρηρίου | |
|-----|-------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------------|--|
| 1 | | | | | | | | | |

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. .

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω
e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2024 και **μέχρι τις 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ