



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 27-06-2023  
Αρ. Πρωτ: 8115/04-07-2023

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

**ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ,**

**ΕΥΘΕΙΣ, ΜΕ CUFF**

1. Νο 4,5 20 τμχ.
2. Νο 5,5 30τμχ.
3. Νο 6,5 30τμχ.
4. Νο 7, 30τμχ.
5. Νο 7,5 20 τμχ.

**ΕΥΘΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ CUFF**

1. Νο 4 20τμχ.
2. Νο 4,5 30τμχ.

**\*ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ\***

ΠΛΗΡΟΦ.: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ** τηλ. 213 2052 540

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΡΙΤΗ 11-07-2023 & ώρα 09:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος,

**Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

**\*\*\*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\*\***

Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες πρέπει:

- να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο σιλικοναρισμένο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα,
- να έχει λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης
- Να είναι μέτρια σκληρός για να μην κάμπτεται για εύκολη διασωλήνωση απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού και θα αξιολογηθεί από το δείγμα που θα κατατεθεί
- να είναι θερμοευαίσθητος για να προσαρμόζεται στο απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς
- να φέρει ειδική σήμανση βάθους διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας
- να φέρει αντίσταση στο τσάκισμα (kinking) ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόφραξης του σωλήνα
- να φέρει ατραυματικό murphy-eye ο σχεδιασμός του οποίου να διευκολύνει τον αμφίπλευρο αερισμό και την αναπνευστική δίοδο
- να φέρει συνδετικό 15mm (ISO 5356-1) συμβατό με τα κυκλώματα αναισθησίας
- να είναι ατραυματικός
- να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης
- να είναι ακτινοσκοπικός blue line χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή στο σημείο murphy-eye
- να είναι LATEX-FREE
- να ενδείκνυται για μικρή/μεγάλη παραμονή χειρουργείου-MEΘ
- να διατίθεται σε Νο από 2 έως 10 (ανά 0,5)
- Να κατατεθεί δείγμα προς πιστοποίηση των ανωτέρω

Ζητούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές ενδοτραχειακών σωλήνων για τον επόμενο διαγωνισμό ώστε να εξασφαλίσουμε ενδοτραχειακή διασωλήνωση στους μικρούς ασθενείς με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια χωρίς τραυματισμό του ανώτερου αεραγωγού.