



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 28-06-2024
Αρ. Πρ.: 8059/03-07-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές.**

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

- 1) Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη, ανά τεμάχιο, συσκευασία .
- 2) Να είναι πορώδες, υποαλλεργικό , να μην ξεκολλά με την εφίδρωση.
- 3) Να μη δημιουργεί ερεθισμό στο σημείο παρακέντησης.
- 4) Να διαθέτει διαφανή μεμβράνη (παράθυρο), για έλεγχο πιθανής δυσανεξίας ή ερεθισμού του αγγείου.
- 5) Να είναι διαπερατό επιτρέποντας την εξάτμιση των υδρατμών και την εισροή οξυγόνου, αλλά και να αποτελεί μικροβιακό φραγμό.
- 6) Να εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση του καθετήρα σε τρεις κατευθύνσεις συγχρόνως (μια οριζόντια και δυο κάθετες) .
- 7) Να διαθέτει προστατευτικό γαζάκι κάτω από τα πτερύγια, έτσι ώστε να μη δημιουργεί ερεθισμό και να βοηθάει τη ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα.
- 8) Απλό σύστημα διάθεσης που να επιτρέπει την τοποθέτηση με το ένα χέρι . Το εξωτερικό περίβλημα να αποκολλάται σε δυο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή.
- 9) Να αφαιρείται εύκολα και ανώδυνα.
- 10) Να είναι Latex free.
- 11) Να διατίθεται σε διαστάσεις : 6εκ X 7εκ και 7εκ X 8,5εκ.
- 12) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, 800τμχ.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ IV (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ)

- 1) Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη, ανά τεμάχιο, συσκευασία.
- 2) Να είναι πορώδης, υποαλλεργικό, αδιάβροχο, δημιουργώντας φραγμό ώστε να προστατεύει από εξωτερικούς μολυσματικούς παράγοντες.
- 3) Να μη δημιουργεί ερεθισμό στο σημείο παρακέντησης.
- 4) Να διαθέτει διαφανή μεμβράνη για πρώιμη αναγνώριση τυχόν επιπλοκών.

- 5) Να διαθέτει ενσωματωμένη στο αυτοκόλλητο γλυκονική χλωρεξιδίνη (CHG) προκειμένου να προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία. Να μην απαιτείται πρόσθετη υγρασία για να ενεργοποιηθεί.
- 6) Να διαθέτει μεγάλη αυτοκόλλητη λωρίδα ταινίας με εγκοπή ώστε να προάγει τη σταθερή εφαρμογή.
- 7) Να έχει απλό σύστημα διάθεσης που να επιτρέπει την τοποθέτηση με το ένα χέρι.
- 8) Να αφαιρείται εύκολα και ανώδυνα.
- 9) Να είναι Latex free.
- 10) Να διατίθεται σε διάσταση : 7,5εκ X 8,5εκ.
- 13) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, 400τμχ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗ τηλ. 213 2052 425

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE. Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμώτης Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 08/07/2024** & ώρα **09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ