



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, Π.ΠΕΝΤΕΛΗ, Τ.Κ.15236
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ντής: Χριστιανάκης Ε.
Τηλέφωνο: 213-2052221-4
FAX: 213-2052221



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
Αριθ. Πρωτ. 12820
Ελήφθη 23-10-17

Πεντέλη, 16 / 10 / 2017

Προς

- 1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΝΠΠ
- 2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- 3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συμβατική προμήθεια ενός δερμοτόμου διαμόρφωσης δικτυωτού δερματικού μοσχεύματος.(Πολλαπλασιαστή Δέρματος).

Η επιτροπή συνήλθε και καθόρισε τις προδιαγραφές δερμοτόμου διαμόρφωσης δικτυωτού δερματικού μοσχεύματος ως ακολούθως:

Γενικά χαρακτηριστικά

Σύστημα διαμόρφωσης δικτυωτού μοσχεύματος δέρματος, κατάλληλο για χρήση σε εγκαύματα, πλαστική χειρουργική, τραύματα, δερματολογικές επεμβάσεις.

Να διαθέτει κύλινδρο επεξεργασίας του δέρματος, που να μπορεί α επεκτείνει το μόσχευμα δέρματος πάνω από 4 φορές

Η όλη κατασκευή της συσκευής να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό, να αποστειρώνεται στον ατμό και να εξασφαλίζει την ασφαλή προετοιμασία του δέρματος, χωρίς να το καταστρέφει

Φορείς δέρματος για παρασκευή μιας χρήσης


3 φορείς (πλάκες) πλαστικές αποστειρωμένες, που να έχουν τη δυνατότητα διαπλάτυνσης του δέρματος και δημιουργίας δικτύου 1:1,5 / 1:3 / 1:4+. Συρόμενος ο κύλινδρος πάνω από τις πλάκες αυτές δημιουργείται το πλέγμα.

Αφαίρεση του δέρματος από τον κύλινδρο


Να γίνεται με το χέρι και στα άκρα με τη βοήθεια λαβίδας

Η επιτροπή

1. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Δημήτριος, Δ/ντης ΕΣΥ Παιδοχειρουργικής



2. ΒΑΘΗ Ελένη, ΤΕ Νοσηλευτριών



3. ΝΑΣΣΗΣ Σεραφείμ, ΔΕ Τεχνικού

